Contrôle Véhicule
Ambulance catégorie C participant à l'aide médicale urgente
conformément à l'arrêté du 10 février 2009

SMUR DE :

ENTREPRISE :

IMMATRICULATION VEHICULE :

DATE DU CONTROLE :

PRESENTE PAR :

Listes des éléments à contrôler

Raison Sociale sur le véhicule (n°tél., nom de l'entreprise : bleu uniforme sur la carrosserie et blanc sur les vitres) d'une hauteur maximale de 15 cm……..

Bonne disposition des 3 ou 4 croix bleues sur le capot et les portières avant des véhicules et éventuellement sur la partie arrière de la carrosserie ……..

Revêtements intérieurs des parois et du sol lavable ……

Revêtement des sièges acceptant un nettoyage et une décontamination à sec ……..

Un coupe-ceinture de sécurité……

Un triangle ou lampe de pré-signalisation ……..

Une chasuble réfléchissante par membre d'équipage (EN 471)……

Une paire de gants de sécurité pour débris (EN 420) (optionnel)……

Une paire de chaussures de sécurité (EN ISO 20345) (optionnel)……..

Un blouson de sécurité et de protection (optionnel)…….....

Un casque de sécurité (EN 14052) (optionnel) ……..

Lot de lampes et outils de sauvetage (optionnel) ……

Un projecteur (optionnel) ……

Un extincteur (EN 3-7)……..

Accès au réseau téléphonique public par l'émetteur-récepteur ou par un radiotéléphone mobile

Communication interne entre le chauffeur et la cellule sanitaire.....

Un système d'alerte portable par personne (peut être intégré au récepteur radio) (optionnel).....

Brancard + 1 drap à usage unique.....

2 linges de rechange (draps à usage unique).....

Dispositif fixe permettant de recevoir un flacon de perfusion de 0.5 litre.....

Poste d'oxygénothérapie mobile (2 bouteilles d'oxygène de 1m3 monobare chacune, portables, dont l'une au moins aisément accessible, est munie d'un débit-mètre gradué en litre d'oxygène par minute, faisant corps avec un manomètre (avec prise à trois broches), robinet de régulation permettant un débit de régulation d'O2 au minimum de 15l/min (Norme EN 737-1:1998).....

Insufflateur manuel homologué (3 masques de préférence à usage unique).....

Dispositif d'aspiration fixe de mucosités d'une pression minimale de 65 kPa avec une capacité minimale de 1l (optionnel).....

Dispositif manuel mobile d'aspiration de mucosités (Norme EN ISO 10079-2:99)
OU
Dispositif électrique (facultatif kit pédiatrique) + sonde d'aspiration .....
Poches à usage unique (facultatif).....

Un appareil de nébulisation (EN 13544-1) (optionnel).....

Support mobile d'un flacon de perfusion de 0.5 litre .....

2 supports soluté (filet).....

Une chaise portoir .....

Un portoir de type cuillère.....

Un matelas à dépression et sa pompe.....

Un drap portoir ou matelas de transfert (optionnel).....

Embout de ventilation bouche à masque avec entrée oxygène.....

Matériel pour perfusions et injections (optionnel).....

Un dispositif d'injection conçu pour permettre l'administration de liquide chauffé jusqu'à 37°C (+ ou - 2°C) portable ou non (optionnel)……..

Un dispositif pour perfusion sous pression (optionnel)……

Un défibrillateur avec enregistrement ECG des données patient EN 60601-2-4

Un moniteur cardiaque (pouvant être combiné sur le même dispositif que le défibrillateur) (optionnel) ……

Un tensiomètre manuel (10 à 66 cm)……

Un appareil à tension automatique de type doppler (10cm-66cm) (optionnel)……..

Un appareil à nébulisation (EN 13544-1) (optionnel)……..

Un oxymètre (EN ISO 9919) …….....

Un stéthoscope ……

Un thermomètre (28°c-42°c)……

Un dispositif pour doser le sucre dans le sang…… ……

Une lampe diagnostic……

Observations :

Nécessaire de secourisme

Numéro de véhicule sur trousse ou sac de secours……

Bandes élastiques de 5 à 10 cm……

20 compresses de gazes stériles env. 75x 75 cm……

Pansements spécifiques pour brûlures chimiques et thermiques……

2 pansements stériles absorbants (dit américain) 20 x 40 env……..

2 rouleaux de ruban adhésif para pharmaceutique.....

Draps stérile (tissé ou non tissé ou drap isotherme) 1x2 env.....

Champs stérile environ 75x75 cm .....

Paires de gants stériles à usage unique (5) (si possible de taille différente).....

100 gants non stériles à usage unique.....

Kit combinaison de protection (combinaison à capuche ou avec une charlotte, surchaussures, gants, lunettes de protection).....

Solution antiseptique bactéricide non iodée 1/4L.....

2 masques de type chirurgical à usage unique.....

2 masques de type FFP2 à usage unique.....

Solution hydroalcoolique pour lavage des mains.....

Clamp Barr stérile à usage unique (2).....

Sac vomitoire .....

Couverture isotherme.....

Une couverture bactériostatique.....

Un récipient pour réimplantation permettant de maintenir une température inférieure à 4°C (+ ou- 2°C) pendant au moins 2 heures .....

Attelles pour membres inférieurs : 2.....

Attelles pour membres supérieurs : 2 .....

Colliers cervicaux anti-flexion, petite, moyenne et grande taille.....
(1 de chaque ou 1 multi-taille avec possibilité de 3 ou 4 tailles différentes)

Immobilisation en extension de la partie haute du rachis : dispositif d'extraction ou plan dur court (optionnel) .....

Dispositif de traction (optionnel) .....

Plan dur complété d'une têtière d'immobilisation et de brides de sécurité (EN 1865) (optionnel)

Divers :
- paires de ciseaux universels (bout mousse)
- pince à échardes
- canule de bouche à bouche ou masque de poche pour insufflation à usage unique
- canules oro-pharyngées, petite, moyenne et grande taille : 1 de chaque
- rasoir de sureté
- lampe électrique à pile
- sucre en morceau emballés individuellement (5 minimum)
- stylo et carnet avec n° immatriculation du véhicule
-5 sacs poubelle 10 litres
- bassin et urinal (pas en verre)
- haricot

Carnet de désinfection et protocole

Kit de désinfection immédiate (serviettes imbibées ou sèches avec vaporisateur) sur surfaces propres

Tarifs (à jour)

Quand transports de nouveau-nés et nourrissons :

Une nacelle et filet de protection, couffin et siège auto homologué avec mode de fixation conforme à la législation (fixation double)

Un thermomètre normal et hypothermique (à gallium)

Un bonnet en jersey pour nouveau-né

Une couverture isolante en aluminium (taille nouveau-né et nourrisson)

Un sac polyéthylène

Un aspirateur électrique autonome avec batteries et réglage de la dépression

Sondes pédiatriques d'aspiration de différents calibres

Lunettes à oxygène pour nouveau-né et nourrisson

Insufflateur manuel pour nouveau-né et nourrisson (BAVU) + masques et canules de différentes tailles

Attelles pédiatriques pour membres inférieurs (2)

Attelles pédiatriques pour membres supérieurs (2)

Matelas à dépression pédiatrique